



Universiteit
Leiden

The Netherlands

The appreciation of prosthetic heart valves

Vriesendorp, M.D.

Citation

Vriesendorp, M. D. (2023, February 15). *The appreciation of prosthetic heart valves*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3563642>

Version:

Publisher's Version

License:

[Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from:

<https://hdl.handle.net/1887/3563642>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld *The Appreciation of Prosthetic Heart Valves*

1. Er bestaat een mismatch tussen de diagnose van prosthesis-patient mismatch en daadwerkelijke hemodynamische obstructie (dit proefschrift).
2. Het gebruik van body surface area om hemodynamische parameters te indexeren is achterhaald (dit proefschrift).
3. De relevantie van linkerventrikelmassa regressie wordt ondermijnd door regressie naar het gemiddelde op basis van een toevallige meetfout (dit proefschrift).
4. De positionering van de leaflets voor biologische kleppen is een compromis tussen hemodynamische prestatie en mechanische durabiliteit (dit proefschrift).
5. Eenieder die dit proefschrift leest, zal zijn/haar eigen body surface area niet uit het hoofd kunnen berekenen.
6. Het gebruik van afkapwaardes in de richtlijnen dient afgekapt te worden.
7. De mechanische aortaklep heeft meer toekomst dan verleden.
8. De maatvoering van kunstkleppen is even evidence-based als die van schoenen.
9. Sutureless is futureless.
10. Lokale hemostatica zijn een lucratieve vorm van geduld.
11. De chirurg die opereert zonder complicaties is alleen te vinden in doktersromans.
12. Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille (Napoleon Bonaparte, 1809).
Iedere academicus moet kunnen lachen om zijn ideeën uit het verleden.